

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: No. DSR906IR12049	SOLICITUD(ES) DE PEDIDO: 100010548
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ANALIZADORES AUTOMÁTICOS DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA Y PRESIÓN DE VAPOR PARA EL C.P.G. BURGOS	

El día 07 del mes de Agosto de 2012 siendo las 11:00 horas, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Servicios Regionales Zona Norte, ubicada en: Av. Adolfo Ruíz Cortines No. 3520 Ote., Planta Baja, Col. Moderna, C.P. 64530, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la primer junta de aclaraciones de la Invitación Restringida indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 55 Fracción II, Inciso C de la Ley de Petróleos Mexicanos (en adelante La Ley), artículos 25 y 26 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (en adelante las DAC), así como el numeral 3.2 de las Bases de la Invitación.

Este acto fue presidido por el Ing. Roberto Pérez Valtier, servidor público designado por Pemex Gas y Petroquímica Básica, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la Invitación Restringida a las personas que las presenten en tiempo y forma de conformidad con el numeral 3.2 de las bases de esta Invitación.

A continuación se señala que se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a las bases de invitación de los participantes siguientes:

No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS	No. DE HOJAS	Forma de PRESENTACIÓN
1	Sistemas de Medición Especial, S.A. de C.V.	3	1	Correo electrónico
2	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	2	1	Personal



Se hace constar que a este acto no asistió ningún representante o persona que se encuentre en calidad de observador en el mismo.

Acto seguido, se procedió a la lectura en voz alta de las solicitudes de aclaración a las Bases de Invitación Restringida presentadas en tiempo y forma por el(los) interesado(s), las cuales se anexan a la presente Acta.

Las solicitudes de aclaración a las bases de Invitación Restringida presentadas por los licitantes fueron firmadas por todos los asistentes, forman parte de esta acta y se entregaran a la Administradora del Proyecto para su respuesta

Cualquier modificación a las bases de Invitación Restringida derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integral de las propias bases y los licitantes deberán de tomarlas en cuenta para la elaboración de sus propuestas.

Para efectos de publicidad y en términos numeral 3.2 de las bases de invitación, así como del artículo 58 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, concluida esta primer junta de aclaraciones se procederá a publicar esta acta en la pagina web <http://www.gas.pemex.com> y



1

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: No. DSR906IR12049	SOLICITUD(ES) DE PEDIDO: 100010548
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ANALIZADORES AUTOMÁTICOS DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA Y PRESIÓN DE VAPOR PARA EL C.P.G. BURGOS	

<http://www.pemex.com>, así mismo se pone a disposición a los licitantes que no hayan asistido a este acto copia de esta Acta en la: Ventanilla de Atención a Proveedores del Departamento de Servicios Regionales Zona Norte, ubicada en Av. Adolfo Ruíz Cortines No. 3520 Ote., Planta Baja, Col. Moderna, C.P. 64530 en Monterrey, N.L., en donde se fijará copia de un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituyen a la notificación personal.

De conformidad con el artículo 25 de las DAC, se les informa que las respuestas a las solicitudes de aclaraciones serán atendidas y entregadas el día 8 de Agosto de 2012 a las 18:00 Hrs, en este mismo lugar.



Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este evento de recepción de solicitudes de aclaraciones a las Bases de Invitación Restringida, siendo las 11:15 horas, del día 7 del mes Agosto del año 2012.

Esta Acta consta de 2 hojas y 2 hojas de preguntas entregadas por los licitantes, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA

POR PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ing. Roberto Pérez Valtier	Jefe del Área de Contratación de Bienes del D.S.R. Zona Norte	
Lic. Guillermo Joaquín Naredo Barbosa	Área de Contratación de Bienes del D.S.R. Zona Norte	

----- FIN DEL ACTA -----

PREGUNTAS

Referente a la a la invitación restringida a por lo menos tres personas de carácter internacional
Número DSR906IR12049

Requerimos las siguientes aclaraciones:

1. Favor de aclarar si el equipo solicitado en la partida 1 del documento 2, debe de tener instalado el hardware y software necesario para la medición de relación vapor-liquido.
2. Referente al equipo solicitado en la partida 1 del documento 2, favor de especificar las características del soporte del recipiente de desechos ya que nuestro equipo no requiere un soporte, se conecta la manguera de salida directamente al recipiente.
3. Referente al numeral 7 (adjudicación), en las bases dice: "Si resultare que dos o más propuestas son solventes, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta cuyo precio sea el más bajo por partida/posición de la solicitud de pedido.", ¿Esto quiere decir que la adjudicación será por partida?

En espera de sus respuestas quedo a sus órdenes:



SERGIO ALBERTO MEZQUIDA ROCHA
REPRESENTANTE LEGA
SISTEMAS DE MEDICION ESPECIAL



Control Técnico y Representaciones SA de C.V.

Referente a la Solicitud de pedido n. 1000 10548
De la Inmutación Restringida n. DSR 9061R 12049

De la posición n. 2

Pregunta 1 Cuantos Accesorios requieren para

El Equipo Destilador Automático De

Destilación Atmosférica Conforme

al Método ASTM D-86 Se incluyen los siguientes
Accesorios uno de cada uno

1. Matraces de Destilación Cuello Esmerilado 19/26

2. Cilindro de Medición de 100 ML Base Tornada

3. Termómetro de Resistencia calibrado y Certificado

4. Soporte para Termómetro

5. Tapon

6. Limpiador para tubo Condensador

7. Soporte de Cerámica p/ Matraces con

Abertura de 33 mm y 50 mm

8. Recolector de Gota

Pregunta n. 2 de la misma posición n. 2

1. Juego de llaves hexagonales de 1.5, 2 -

2.5, 3, 4.5 y 6 mm se refieren a

llaves Alem

Gracias de Antemano ATTE. José M. Sandoval

Monterrey N.L. 7 de Agosto 2012

José M. Sandoval

