

ENTREGA DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: No. DSR906IR12049	SOLICITUD(ES) DE PEDIDO: 100010548
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ANALIZADORES AUTOMÁTICOS DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA Y PRESIÓN DE VAPOR PARA EL C.P.G. BURGOS	

El día 08 del mes de Agosto de 2012 siendo las 18:00 horas, en Sala de Licitaciones del Departamento de Servicios Regionales Zona Norte, ubicada en: Av. Adolfo Ruíz Cortines No. 3520 Ote., Planta Baja, Col. Moderna, C.P. 64530, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la entrega de respuestas a las solicitudes de aclaraciones de la Invitación Restringida indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 55 Fracción II, Inciso C de la Ley de Petróleos Mexicanos (en adelante La Ley), artículos 25 y 26 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (en adelante las DAC), así como el numeral 3.2 de las Bases de la Invitación.

Este acto fue presidido por el Ing. Roberto Pérez Valtier, servidor público designado por Pemex Gas y Petroquímica Básica, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que solamente se atenderán las respuestas a las solicitudes de aclaración a la licitación de las personas que las presenten en tiempo y forma de conformidad con el numeral 3.2 de las bases de esta invitación.

Las respuestas a la solicitud de aclaraciones de carácter técnico fueron solventadas por la Administradora del Proyecto.

Acto seguido, se procedió a la lectura a las respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas en tiempo y forma por los interesados en la primera junta de aclaraciones.

Preguntas realizadas por: Sistemas de Medición Especial, S.A. de C.V.


1.-Favor de aclarar si el equipo solicitado en la partida 1 del documento 2, debe tener instalado el hardware y software necesario para la medición de la relación vapor-liquido.

Respuesta: Si, tal y como se indica en el documento 2, el equipo solicitado en la posición 1 debe tener instalado el hardware y software necesario para la medición de la relación vapor-liquido.

2.-Referente al equipo solicitado en la partida 1 del documento 2, favor de especificar las características del soporte del recipiente de desechos ya que nuestro equipo no requiere un soporte, se conecta la manguera de salida directamente al recipiente.

Respuesta: Pueden presentar el equipo sin soporte siempre y cuando el recipiente de desecho sea incluido.

[Handwritten signature] 1



ENTREGA DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; No. DSR906IR12049	SOLICITUD(ES) DE PEDIDO: 100010548
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ANALIZADORES AUTOMÁTICOS DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA Y PRESIÓN DE VAPOR PARA EL C.P.G. BURGOS	

3.-Referente al numeral 7 (adjudicación), en las bases dice. "Si resultare que dos o mas propuestas son solventes, el contrato se adjudicara a quien presente la propuesta cuyo precio sea el mas bajo por partida/posición de la solicitud de pedido" ¿Esto quiere decir que la adjudicación será por partida?

Respuesta: Si, tal y como se indica en el numeral 7 "Criterios de Adjudicación", se adjudicara por posición.

Preguntas realizadas por: Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.

Referente a la solicitud de pedido No. 100010548 de la invitación restringida No. DSR906IR12049 de la posición No. 2

1. Cuantos Accesorios requieren para el equipo destilador automático de destilación atmosférica conforme al método ASTM D-86, se incluye los siguientes accesorios uno de cada uno.

1. Matraces de destilación cuello esmerilado 19/26
2. Cilindro de medición de 100 Ml base torneada
3. Termómetro de resistencia calibrado y certificado
4. Soporte para termómetro
5. Tapón
6. Limpiador para tubo condensador
7. Soporte de cerámica p/matracas con abertura de 33 mm y 50 mm
8. Recolector de gota

Respuesta: Se requiere cada uno de los accesorios del destilador automático, citado en el documento 2 de la bases concursales, los cuales son: software basado en windows, matraces p/destilación d 125 ml cuello es merilado ns/19/26 y cuello recto con tapón, cilindro d medición d 100 ml base torneada, termómetro d resistencia calibrado y certificado, soporte p/termómetro, tapón y limpiador p/tubo condensador. Soportes ceran p/matracas abertura de 38mm y 50mm, reflector d gota, juego d llaves hexagonales 1,5; 2; 2,5; 3; 4;5; 6 mm.

2. De la misma posición No. 2

1. Juego de llaves exagonales de 1.5, 2, 2.5, 3, 4.5 y 6 mm se refieren llaves allen

Respuesta: Si, nos referimos a llaves Allen.





SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES ZONA NORTE
ÁREA DE CONTRATACIÓN DE BIENES

ENTREGA DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: No. DSR906IR12049	SOLICITUD(ES) DE PEDIDO: 100010548
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ANALIZADORES AUTOMÁTICOS DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA Y PRESIÓN DE VAPOR PARA EL C.P.G. BURGOS	

Cualquier modificación a las bases de la invitación derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integral de las propias bases y los licitantes deberán de tomarlas en cuenta para la elaboración de sus propuestas.

A este acto no asistió ninguna persona que hubiere solicitado estar presente en el mismo en calidad de observador.

Para efectos de publicidad y en términos numeral 3.2 de las bases de invitación, así como del artículo 58 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, concluida esta segunda junta de aclaraciones se procederá a publicar esta acta en la pagina web <http://www.gas.pemex.com> y <http://www.pemex.com>, así mismo se pone a disposición a los licitantes que no hayan asistido a este acto copia de esta Acta en la: Ventanilla de Atención a Proveedores del Departamento de Servicios Regionales Zona Norte, ubicada en Av. Adolfo Ruíz Cortines No. 3520 Ote., Planta Baja, Col. Moderna, C.P. 64530 en Monterrey, N.L., en donde se fijará copia de un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituyen a la notificación personal.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de propuestas que llevara a cabo el día 23 de Agosto del 2012 a las 12:00 Hrs, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Servicios Regionales Zona Norte de Pemex Gas y Petroquímica Básica, ubicada en Av. Ruiz Cortines No. 3520 Ote. Planta Baja, Col. Moderna, CP. 64530, Monterrey, N.L., siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que una vez iniciado el acto, no se permitirá el acceso a ningún licitante.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta entrega de respuestas a las solicitudes de aclaraciones a las Bases de la invitación, siendo las 18:15 horas, del día 8 de Agosto del 2012, así mismo con fundamento en el artículo 25 inciso g) de las DAC, se establece que no se recibirá ninguna pregunta adicional con posterioridad a esta junta, por lo que se define esta como la última junta de aclaraciones.

Esta Acta consta de 4 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
No se presento nadie		



**SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES ZONA NORTE
ÁREA DE CONTRATACIÓN DE BIENES**

ENTREGA DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: No. DSR906IR12049	SOLICITUD(ES) DE PEDIDO: 100010548
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ANALIZADORES AUTOMÁTICOS DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA Y PRESIÓN DE VAPOR PARA EL C.P.G. BURGOS	

POR PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ing. Roberto Pérez Valtier	Jefe del Área de Contratación de Bienes del D.S.R. Zona Norte	
Lic. Guillermo Joaquín Naredo Barbosa	Área de Contratación de Bienes del D.S.R. Zona Norte	

----- FIN DEL ACTA -----

