



SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES ZONA NORTE
ÁREA DE CONTRATACION DE BIENES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS: No. DSR906IR12013

SOLICITUD(ES) DE PEDIDO: 100009962

OBJETO DE LA INVITACIÓN: MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO

En la Ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 10:00 horas, del día 07 del mes de Mayo de 2012, en la Sala de Licitaciones Sala de Juntas de la Ventanilla de Atención a Proveedores del Área de Contratación de Bienes del Departamento de Servicios Regionales Zona Norte, ubicada en: Av. Adolfo Ruíz Cortines No. 3520 Ote., Planta Baja, Col. Moderna, C.P. 64530; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la Invitación Restringida indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 55 Fracción II, Inciso C de la Ley de Petróleos Mexicanos (en adelante La Ley), artículos 25 y 26 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (en adelante las DAC), así como el numeral 3.2 de las Bases de la Invitación.

Este acto fue presidido por el Ing. Roberto Pérez Valtier, servidor público designado por Pemex Gas y Petroquímica Básica, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la Invitación Restringida a las personas que las presenten en tiempo y forma de conformidad con el numeral 3.2 de las bases de esta Invitación.

A continuación se señala que se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a las bases de invitación de los participantes siguientes:

No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	Reactivos y Seguridad Industrial, S.A. de C.V.	13	2
2	Fisher México, S. de R.L. de C.V.	08	1
3	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	05	1

A este acto no asistió ninguna persona que hubiere solicitado estar presente en el mismo en calidad de observador.



SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES ZONA NORTE
ÁREA DE CONTRATACION DE BIENES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: NO. DSR906IR12013	SOLICITUD(ES) DE PEDIDO: 100009962
OBJETO DE LA INVITACIÓN: MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	

Acto seguido, se procedió a la lectura en voz alta de las solicitudes de aclaración a las Bases de Invitación Restringida presentadas en tiempo y forma por el(los) interesado(s), las cuales se anexan a la presente Acta.

Así mismo en términos del artículo 25 de las DAC, se les informa que las respuestas a las solicitudes de aclaraciones serán atendidas y entregadas el día 07 de Mayo de 2012 a las 18:00 Hrs, en este mismo lugar.

Las solicitudes de aclaración a las bases de Invitación Restringida presentadas por los licitantes fueron firmadas por todos los asistentes, forman parte de esta acta y se entregaran a la Administradora del Proyecto para su respuesta

Cualquier modificación a las bases de Invitación Restringida derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integral de las propias bases y los licitantes deberán de tomarlas en cuenta para la elaboración de sus propuestas.

Para efectos de la notificación y en términos del numeral 3.2 de las bases de invitación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta, en la: Ventanilla de Atención a Proveedores, ubicada en Av. Adolfo Ruíz Cortines No. 3520 Ote., Planta Baja, Col. Moderna, C.P. 64530 en Monterrey, N.L., en donde se fijará copia de un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así mismo a efectos de notificación se procederá a publicar esta acta en las direcciones electrónicas: <http://www.pemex.com> y <http://www.gas.pemex.com>. Estos procedimientos sustituyen a la notificación personal

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este evento de recepción de solicitudes de aclaraciones a las Bases de Invitación Restringida, siendo las 11:00 horas, del día 07 del mes Mayo del año 2012.



**SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES ZONA NORTE
ÁREA DE CONTRATACION DE BIENES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: No. DSR906IR12013	SOLICITUD(ES) DE PEDIDO: 100009962
OBJETO DE LA INVITACIÓN: MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	

Esta Acta consta de 3 hojas y 4 hojas de preguntas entregadas por los licitantes, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
NO ASISTIERON		

POR PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ing. Roberto Pérez Valtier	Área de Contratación de Bienes, Zona Norte.	
C.P.A. Patricia Martínez Guerra	Área de Contratación de Bienes, Zona Norte.	

----- FIN DEL ACTA -----





REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Guillermo Prieto No. 302
Col. Benito Juárez CP. 89150
Tampico, Tam., México
Tel: 01 (833) 213 38 98 / 213 38 99 / 213 45 85 / 213 04 16
E-mail: reysisa@prodigy.net.mx

TAMPICO, TAMAULIPAS A 04 DE MAYO DE 2012

PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA

PRESENTE:

REFERENTE: PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. DSR9061R12013

PREGUNTAS

EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN ARRIBA DESCRITO, HACEMOS LLEGAR NUESTRAS PREGUNTAS.

1.- EN LA PARTIDA No. 00001.- SOLICITAN 1,000.00 GRS. DE ERIOCROMO NEGRO EN PRESENTACIÓN DE 25 GRS, SURTIREMOS 40 FRASCOS DE 25 GRS? PODREMOS OFRECER OTRA PRESENTACIÓN?

2.- EN LA PARTIDA No. 00003.- BOTELLA DE BOCA ANGOSTA CON TAPÓN ROSCADO PARA MUESTREO DE NAFTAS DE 1000ML, EL TAPÓN ROSCADO ES DE PLÁSTICO O METÁLICO? CON CORCHO O SIN CORCHO?

3.- EN LA PARTIDA No. 00004.- SOLICITAN FRASCO GOTERO COLOR AMBAR, FABRICADO DE VIDRIO BOROSILICATO, DISEÑADO CON FORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION TIPO 1 DEL ASTM E438, DE 60 ML (2 ONZAS) DE CAPACIDAD, DE DIAMETRO APROXIMADO DE 24 MM, ALTURA APROXIMADA DE 120MM, PROVISTO CON CASQUILLO DE TORNILLO DE 20-400 GPI, EL CUENTAGOTAS DE VIDRIO USP TIPO 3, DE 1 ML DE CAPACIDAD Y EL BULBO MONTADOS EN LA BOTELLA, LA BOTELLA PROVISTA DE UN LADO PLANO PARA EVITAR EL RODAR, PARA PROTEGER PRODUCTOS QUIMICOS SENSIBLES A LA LUZ EN EL LABORATORIO OCAMPO.

ESTOS GOTEROS SOLO SE FABRICAN EN VIDRIO CLARO, CUERPO REDONDO, ACEPTAN ESTA PRESENTACIÓN?

4.- EN LA PARTIDA No. 00010.- SOLICITAN MANGUERA DE LATEX ELÁSTICA, TRANSLUCIDA, RESISTENCIA MÁXIMA A LA TENSIÓN 3500 LB/PULG², IDEAL PARA LABORATORIO PARA TODAS LAS CLASES DE CONEXIONES CON CRISTAL, DE 1/4" DE DIÁMETRO INTERNO X 1/2" DE DIÁMETRO EXTERNO CON 1/8" DE ESPESOR DE LA PARED, EN TRAMOS DE 15 METROS. LA MAGUERA LATEX NO ES TRANSLUCIDA, SI NO PUEDE SER ASÍ LA REQUIEREN? LA TRASLUCIDA ES DE PVC, CUAL LE COTIZAMOS?

5.- EN LA PARTIDA 00016.- SOLICITAN XYLENECYANOL FF, PARA ANALISIS, COLORES ROJO OSCURO O AZUL OSCURO. FORMULA: C₂₅H₂₇N₂NAO₇S₂; PESO MOLECULAR 538.62 G/MOL ESPECIFICACIONES: PRESENTACION EN FRASCO DE PLASTICO DE 500 GRAMOS DE CAPACIDAD, EL PROVEEDOR DEBERA DE PROPORCIONAR: CERTIFICADO ORIGINAL DE CALIDAD DEL REACTIVO Y SU HOJA DE SEGURIDAD MSDS (MATERIAL SAFETY DATA SHEET), AMBOS EN ESPAÑOL. LA PRESENTACIÓN DISPONIBLE ES DE 100 GRS. PODEMOS OFRECER 10 FRASCOS DE 100 GRS?

6.- EN LA PARTIDA 00018.- SOLICITAN PERLAS DE VIDRIO DE BOROSILICATO SOLIDO, CON DIAMETRO SELECCIONADO DE MILIMETROS CON TOLERANCIA MÁXIMA DE +/- 0.05 MM, PRESENTACION EN PAQUETE CON UN CONTENIDO DE: 454 GRAMOS (1 LIBRA) DE PERLAS DE VIDRIO DE BOROSILICATO SOLIDO. PARA USO EN LA MEJOR UNIFORMIDAD DE CALENTAMIENTO DE LAS SOLUCIONES. (UNA PIEZA EQUIVALE A UN PAQUETE).

FAVOR DE INDICAR EL DIÁMETRO DE LAS PERLAS, HAY DE 3,4,5 Y 6 MM DE DIAM.

Elemento Esencial de Su Laboratorio



REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Guillermo Prieto No. 302
Col. Benito Juárez CP. 89150
Tampico, Tam., México
Tel: 01 (833) 213 38 98 / 213 38 99 / 213 45 85 / 213 04 16
E-mail: reysisa@prodigy.net.mx

7.- EN LA PARTIDA 00021.- SOLICITAN ACIDO CITRICO GRADO REACTIVO QUE CUMPLA CON ESPECIFICACIONES ACS, FRASCO DE POLIETILENO DE 1.0 KG. PODEMOS OFRECER 2 FRASCOS DE 500 GRs.

8.- EN LA PARTIDA 00026.- SOLICITAN MATRAZ DE DESTILACION DE CRISTAL CON MARCA Y CUELLO 19/26 DE 125 ML DE CAPACIDAD FAVOR DE MENCIONAR AL FABRICANTE DE LOS EQUIPO EN QUE LOS VAN A USAR.

9.- EN LA PARTIDA 00027 SOLICITAN TERMOMETRO DE LABORATORIO DE -80+20°C DIVISION DE 1°C. REQUIEREN TERMÓMETRO ASTM 6C?

10.- EN LA PARTIDA 00030 SOLICITAN TERMOMETRO DE LABORATORIO, CON RANGO DE MEDICION DE -20° A 110°C CON SUBDIVISIONES DE 0,1°C, LONGITUD 305 MM, DE INMERSION PARCIAL 76 MM, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ANSI/SAMA EXACTITUD (Z236.1-1983), CALIBRADO INDIVIDUALMENTE, PROVISTO CON EL CERTIFICADO DE LA ACEPTAN TERMÓMETRO ASTM 1C, RANGO DE -20 A 150°C SUBDIVISION DE 1°C, LONG. DE 322 MM DE INMERSIÓN PARCIAL DE 76 MM?.

11.- EN LA PARTIDA 00038 SOLICITAN HIDROMETRO DE VIDRIO ASTM 84H-FC, PARA LA DETERMINACION DE GRAVEDAD ESPECIFICA EN PRODUCTOS DEL PETROLEO, CON RANGO DE MEDICION DE 0.750 A 0.800 CON ESCALA DE GRADUACION CON SUBDIVISIONES DE 0.0005 SP GR. (SPECIFIC GRAVITY), TEMPERATURA DE LA ESTANDARIZACION: 15.56°C (60°F), LONGITUD APROXIMADA DE 330 MM (13"), CUMPLE LOS REQUISITOS DE EXACTITUD DEL ASTM E100, CALIBRADO INDIVIDUALMENTE, EN LOS PUNTOS DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA: 0.755, 0.775 Y 0.795, PROVISTO CON EL CERTIFICADO DE LA CONFORMIDAD DE LA EXACTITUD DE LA CALIBRACION CONTRA LOS ESTANDARES PROPORCIONADOS POR NIST (NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY) Y/O CENAM (CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA).

EL PROGRAMA DE SERVICIO DE LAB. CENAM ES MUY TARDADO, ACEPTAN CALIBRACION POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA?

12.- EN LA PARTIDA 00041 SOLICITAN ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD PARA MEDIDOR CON CELDA DE GRAFITO, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRAL NECESITAMOS SABER LARGO, TIPO DE CONECTOR, MARCA Y/O EN QUE EQUIPO SE VA USAR PARA COTIZAR LO ADECUADO

13.- EN LA PARTIDA 00041 SOLICITAN ELECTRODO DE VIDRIO, TRIOIDE 3 EN 1 CON AG/AGCL CONECTOR BCN/DIN NECESITAMOS SABER EN QUE EQUIPO SE VA USAR YA QUE NO TODOS SON COMPATIBLES CON OTRAS MARCAS, Y DE QUE TIPO

ATENTAMENTE

MARIA ELISA RIVAS CANTU
REPRESENTANTE LEGAL

Elemento Esencial de Su Laboratorio



Fisher Scientific

“Parte de Thermo Fisher Scientific”

Fisher México, S. de R.L. de C.V.
Plaza Industrial los Ángeles
Pról. Díaz Ordaz No. 304 Interior 4
Col. Bosques del Nogalar
San Nicolás de los Garza, N.L.
C.P. 66480 México
Tel.: (81) 8042 5220; 8288 9700
Fax.: (81) 8042 5223

Junta de aclaración para Bases para un Procedimiento de Invitación Restringida a por lo Menos Tres Personas de Carácter Nacional

Número DSR906IR12013

Solicitud de pedido: 100009962

- 1.- En la partida 00012 se puede ofrecer frasco de 1 lt en lugar de 2.5 ?
- 2.- En la partida 14 son 15 frascos de 4 litros ?
- 3.- En la partida 00015 se puede ofrecer el alcohol isopropilico en presentación de 4 litros ?
- 4.- Partida 00016 Se puede ofrecer el Xileno cianol en presentación de 100 Gr ?
- 5.- En la partida 00026 matraz de destilación lo requieren con junta 19/26 o se refiere al matraz de 125 ml 4620-125 de Pyrex
- 6.-Partida 0032 silica Gel se puede ofrecer en Fco de 500 gr
- ?.- En la partida 00033 el EDTA se puede ofrecer en envase de vidrio ?
- 8.- En la partida 00041 Electrodo de conductividad , cual seria longitud de el cable y el tipo de entrada y la constante a medir

Ramiro Hipolito Lopez

Representante Legal

MONTERREY, N.L. A 7 DE MAYO 2012

PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA
ATENCION: C.P.A. PATRICIA MARTINEZ


PREGUNTAS

REFERENTE A LA INVITACION RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL DSR9061R1203 SOLICITUD DE PEDIDO: 10009962.

- 1.- EL PRECIO QUE SE COTIZARA SERA CONFORME A LA SOLICITADO EN GRAMOS, LITROS Y PIEZAS
- 2.- POSICION No. 00010 PIDEN 5M SERIA EL PRECIO DE 5 CAJAS CON 15METROS.
- 3.- POSICION No.00016 SE PIDE XILENECYANOL-FF QUE SE SURTA EN 500GR. SE ACEPTARIA DE 100GR. QUE ES LA PRESENTACION MAS GRANDE QUE SE MANEJA.
- 4.-POSICION No. 00030 SE PIDE TERMOMETRO C/RANGO DE -20 A 110 °C CON SUBDIVISIONES DE 0.01 EN MEDICION PARCIAL CON CERTIFICADO TRACEABLE A NIST Y Ó CENAM SE OFRECE CON SUBDIVISIONES DE 1°C SE ACEPTA.
- 5.- POSICION No. 00037 SE PIDEN 2 BOTES DE MOLIBDATO DE AMONIO PESO MOLECULAR 1285.86 G/MOL SE COTIARIAN DE KILOS Y SE SURTIRIAN EN FCOS. DE 250GR. O 500GR.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTEDES,

ATENTAMENTE


JOSE GUADALUPE SANCHEZ
REPRESENTANTE DE VENTAS

